

SO.271.6.2018

Kraków dn. 31.08.2018 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017r. poz.1579 z późn. zmianami), którego przedmiotem jest:

**„dostawa mikroskopu stereoskopowego do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego”**

Procedura ogłoszona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610485-N-2018 w dniu 29.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące wymaganych parametrów granicznych określonych w Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 20.08.2018 r. w/w procedurze przetargowej.

Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.

**Pytanie nr 1:**

**Ad. Pkt. 4.3.** Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu z zapisem zdjęć w formatach TIFF, MultiTIFF, JPG, ASCII oraz z samym odczytem (importem) zdjęć w formacie BMP? Format ten ze względu na: zajmowanie dużej ilości pamięci, brak możliwości kompresji obrazu wewnątrz pliku oraz nierozpoznawanie w języku HTML, jest coraz rzadziej stosowany podczas zapisu zdjęć w programach graficznych służących do analizy, obróbki i archiwizacji obrazu.

Odpowiedź Zamawiającego:

**Ad. Pkt. 4.3.** Zamawiający dopuszcza oprogramowanie do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu z zapisem zdjęć w formacie innym niż BMP.

**Pytanie nr 2:**

**Ad. Pkt. 5.3.** Zamawiający wymaga użycia w komputerze karty graficznej z pamięcią 4 GB o wydajności nie mniejszej niż 3000 pkt. w teście wydajności Kart Graficznych Average G3D Mark. z dnia 20.08.2018r. Czy Zamawiający dopuści kartę graficzną z pamięcią 4 GB o wydajności osiągniętej we wspomnianym teście Kart Graficznych na poziomie 2175 pkt., jeśli będzie to wystarczające do płynnej i bezproblemowej pracy z opisywanym systemem i oprogramowaniem do zaawansowanej akwizycji, obróbki i archiwizacji obrazów?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Ad. Pkt. 5.3.** Zamawiający dopuszcza użycie w komputerze karty graficznej z pamięcią 4 GB o wydajności mniejszej niż 3000 pkt. uzyskanych w teście wydajności Kart Graficznych Average G3D Mark. z dnia 20 08.2018r. pod warunkiem zapewnienia przez dostawcę, że wydajność proponowanej karty graficznej wystarczy do płynnej i bezproblemowej pracy z systemem i oprogramowaniem do zaawansowanej akwizycji, obróbki i archiwizacji obrazów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają one na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

*Bogumiła Kurzydło, Krzysztof Stachowicz*