

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 ze zm.) **ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 18567-2017 z dnia 02.02.2017 r.**, którego **przedmiotem jest dostawa wraz z montażem komory fitotronowej wielkogabarytowej typu „Walk-in” dedykowanej do hodowli roślin dla potrzeb Laboratorium Badań Środowiskowych Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lutego 2017 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści dokumentacji przetargowej.

Poniżej podajemy treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego

1) Dotyczy – system monitoringu GSM.

Zamawiający wymaga podania w ofercie adresu strony oraz loginu i hasła do demonstracyjnego konta użytkownika umożliwiającego weryfikację parametrów z wymaganymi w SIWZ.

Czy w związku z tym w celu prawidłowej obsługi konta demonstracyjnego przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi systemu monitoringu?

2) Dotyczy – system monitoringu GSM.

Czy Zamawiający wymaga aby system monitoringu był systemem istniejącym (działającym) już na rynku i stosowanym do monitoringu komór fitotronowych?

3) Dotyczy - Pkt. 4.b). DOKUMENT GWARANCYJNY– Załącznik nr 5 do SIWZ

W SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy (IPU)) jest mowa

o czasie naprawy nie dłuższym niż 7 dni od momentu zgłoszenia, natomiast w pkt. 4.b.) Załącznika nr 5 do SIWZ (DOKUMENT GWARANCYJNY), Wykonawca ma podać czas naprawy w dniach roboczych.

Proszę o potwierdzenie, że wskazane w SIWZ i IPU dni oznaczają dni robocze.

4) Dotyczy - Pkt. 8. DOKUMENT GWARANCYJNY– Załącznik nr 5 do SIWZ

W SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy (IPU)) nie ma określonej ilości dni, co do wymagań Zamawiającego w zakresie ww. punktu.

W związku z tym proszę o podanie maksymalnej ilości dni roboczych, w okresie których Wykonawca ma zobowiązać się do dostarczenia odpowiedniej części zastępczej, która umożliwi sprawne działanie całego urządzenia.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Odp: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi systemu monitoringu.
2. Odp.: Zamawiający wymaga aby system monitoringu do komór fito tronowych był systemem już istniejącym i działającym na rynku.
3. Odp.: Zamawiający potwierdza, że wskazane dni oznaczają dni robocze.
4. Odp.: Zamawiający wymaga maksymalnie 14 dni roboczych w okresie których Wykonawca ma zobowiązać się do dostarczenia odpowiedniej części zastępczej, która umożliwi sprawne działanie całego urządzenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają one na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

z poważaniem

B. Kurzydło

otrzymują:

1. Adresat
2. Strona internetowa
3. a/a