

Kraków, dn. 04.05.2015 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), którego przedmiotem jest **dostawa wraz z montażem mikroskopów badawczych oraz dodatkowego doposażenia do posiadanej już aparatury naukowo-badawczej IB PAN** ogłoszonego w BZP nr 97252-2015 w dniu 28.04.2015.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.04.2015 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści dokumentacji przetargowej .

Poniżej podajemy treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego.

1. Czy w mikroskopie poz. 1 dopuszcza się współosiowe śruby ogniskowania mikro/makro po obu stronach statywu.
Odp. TAK
2. Czy w mikroskopie poz. 1 dopuszcza się obiektyw 4x CFI PLAN FLUOR parametrach N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm lub czy zamiennie dopuszcza się obiektyw CFI PLAN ACHROMAT o parametrach N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm
Odp. TAK, Zamawiający zamiennie dopuszcza obiektyw CFI PLAN ACHROMAT o parametrach N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm
3. Czy w mikroskopie poz. 1 dopuszcza się kamerę ze złączem Fire Wire 800 zamiast złącza USB? Stacja robocza PC dostarczana z kamerą jest wyposażona w takie złącze.
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza kamerę ze złączem Fire Wire 800.
4. Czy w mikroskopie poz. 1 dopuszcza się kamerę o prędkości 18 klatek na sekundę, przez złącze Fire Wire 800, w rozdzielczości 1,22 mln pikseli zamiast prędkości 15 klatek na sekundę przy 1,3 mln pikseli
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza się kamerę o prędkości 18 klatek na sekundę, przez złącze Fire Wire 800, w rozdzielczości 1,22 mln pikseli.
5. Jak należy rozumieć opis obiektywów w mikroskopie poz. 2. Czy ma to być łącznie 11 obiektywów wymienionych w punktach od 1 do 7. Czy też ma to być 6 obiektywów wymienionych w punktach od 1 do 6, a w punkcie 7 określone jest tylko które z nich mają być do kontrastu Nomarskiego DIC.
Odp. Ma być 6 obiektywów wymienionych w punktach od 1 do 6, a w punkcie 7 określone są tylko które z nich mają być do kontrastu Nomarskiego DIC.

6. Czy w mikroskopie poz. 2 dopuszcza się kamerę o prędkości 18 klatek na sekundę, przez złącze Fire Wire 800, w rozdzielczości 1,22 mln pikseli zamiast prędkości 15 klatek na sekundę przy 1,3 mln pikseli

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza się kamerę o prędkości 18 klatek na sekundę, przez złącze Fire Wire 800, w rozdzielczości 1,22 mln pikseli.

7. Czy zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oryginalnych katalogów producenta, w języku angielskim.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oryginalnych katalogów producenta w języku angielskim.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają one na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Bogumiła Kurzydło